仕　様　書

仕様書番号：030

部署・部屋名	臨床工学室
調達機器名	ﾏﾙﾁﾌﾛｰﾎﾟﾝﾌﾟ
調達数量	１式

１．機器の構成（１式の構成）

１－１　ﾏﾙﾁﾌﾛｰﾎﾟﾝﾌﾟ　　１台

１－２　取扱説明書　　１部

２．構成品の仕様

２－１　ﾏﾙﾁﾌﾛｰﾎﾟﾝﾌﾟ

・外径寸法　：W120×D231×H217mm以内(ﾊﾝﾄﾞﾙと突起部は含まない)

・重量　：4.2kg以下

・電源/消費電力　：交流 単相100V 50/60Hz 40VA以下

・電撃保護形式　：ｸﾗｽⅠ機器 BF形装着部

・ﾎﾟﾝﾌﾟ形式　：2ﾛｰﾗ方式

・使用ﾁｭｰﾌﾞ径　：ﾁｭｰﾌﾞ外径φ10、 φ12

・流量設定範囲　：ﾁｭｰﾌﾞ外径φ10(内径φ6.0±1.0mm×外径φ10.0±1.0mm)、
φ12(内径φ8.0±1.0mm×外径φ12.0±1.0mm)
流量設定範囲　15～400mL/min(0.90～24.00L/h)、
20～600mL/min(1.20～36.00L/h)

・流量精度　：±10%(専用回路使用時)

・機械精度　：±3%

・積算流量表示範囲　：0.01～99.99L 0.01ｽﾃｯﾌﾟ

・補液予定量設定範囲：0.00～99.99L

・圧力測定範囲　：-300～500mmHg(-40.0～66.7kPa)5mmHgｽﾃｯﾌﾟ

・圧力警報設定範囲　：-300～500mmHg(-40.0～66.7kPa)5mmHgｽﾃｯﾌﾟ

・気泡検知器　：超音波方式 検出範囲 0.03mL以上
ただし、気泡ｾﾝｻ装着部のﾁｭｰﾌﾞ内径φ4.5mm×ﾁｭｰﾌﾞ
外径φ6.5mmのﾁｭｰﾌﾞ使用時、流量200mL/minにおいて

・警報機能　：気泡検出警報、ﾛｰﾗﾎﾟﾝﾌﾟ異常警報、圧力警報、
ﾊｰﾄﾞｴﾗｰ警報、操作忘れ警報、設定忘れ警報、停電警報

・ｸﾗｽ分類　：ｸﾗｽⅢ 高度管理医療機器(特定保守管理医療機器該当)

・専用の多用途透析装置、透析用監視装置又は個人用透析装置と併用できる
補液ﾎﾟﾝﾌﾟであること